

Pawłowice, dnia 13.11.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr – ZO-8/11/2025

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów PZP)

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa dwóch suszarek laboratoryjnych przeznaczonych do suszenia materiału organicznego pochodzenia roślinnego**, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Zakres zamówienia obejmuje dostawę, uruchomienie suszarek oraz przeprowadzenie szkolenia dla użytkowników.

Oferowane suszarki powinny cechować się parametrami umożliwiającymi efektywne i równomierne suszenie materiału roślinnego. Ich konstrukcja powinna zapewniać skuteczne odprowadzanie nadmiaru wilgoci na zewnątrz komory grzewczej podczas suszenia.

Termin realizacji zamówienia: do 19.12.2025 r.

Inne istotne warunki zamówienia, w tym kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie brał pod uwagę **cenę**.
2. Po wyborze oferty z Wykonawcą zostanie podpisana **umowa na dostawę dwóch suszarek laboratoryjnych**.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za dostarczony przedmiot zamówienia po jego otrzymaniu i po uprzednim sprawdzeniu zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Płatność za dostarczony towar nastąpi w ciągu 7 dni od wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
5. Dostawa do dwóch lokalizacji:
 - 1 szt. – Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kochcicach
Adres: Kochcice, ul. Zamkowa 11, 42-713 Kochanowice
 - 1 szt. – Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Żabnicy
Adres: Żabnica, ul. Leśna 1, 34-350 Węgierska Górka
6. Koszt transportu należy w kalkulować w cenę oferty. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Oferty proszę składać **do 17.11.2025 r. do godziny 09:00** osobiście, pocztą lub na e-mail:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: sdoo@pawlowice.coboru.gov.pl
- osobiście lub przesać pocztą na adres: Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach, ul. Wiejska 25, 44-180 Pawłowice.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania obejmującego niniejsze zapytanie – bez podawania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem postępowania, w tym także kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowicach.

Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych znajdują się na stronie: <https://pawlowice.coboru.gov.pl/odo>.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)

....., dnia r.

FORMULARZ OFERTOWY DLA WYKONAWCY

Nazwa Wykonawcy:

Adres:

e-mail:

Numer telefonu:

Numer NIP:

Osoba do kontaktu:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe **Nr – ZO-8/11/2025 z dnia 13.11.2025 r.** dotyczące **Dostawy dwóch suszarek laboratoryjnych** oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym za cenę:

netto: zł

(słownie:

.....)

podatek VAT:%

brutto: zł

(słownie:

.....)

Oświadczam, że:

1. Zamówienie wykonam w terminie do:
2. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
3. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowę w sprawie zamówienia publicznego podpisze: Pan/Pani....., piastujący/ca stanowisko
4. Do formularza ofertowego dołączam formularz cenowy/specyfikację techniczną

.....
(podpis Wykonawcy)

SPECYFIKACJA SUSZAREK – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

Komora grzewcza:

- Szerokość: 1 100 – 1 300 mm
- Głębokość: 550 – 700 mm
- Wysokość: 1450 – 1600 mm
- Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej
- Wyposażona w system regałów umożliwiający umieszczenie 60 szufladek\tacek (5 kolumn po 12 rzędów)
- Drzwi dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie w bok, izolowane termicznie, wyposażone w uszczelkę silikonową i zamki blokujące
- Izolacja termiczna zapewniająca niskie zużycie energii elektrycznej oraz bezpieczną temperaturę obudowy

Parametry pracy:

- Maksymalna temperatura pracy: 150°C
- Regulacja temperatury: co 1°C
- Stabilność temperatury przy 105°C: +/- 5°C
- Jednorodność temperatury przy 105°C: +/- 5°C
- Możliwość ustawienia cyklu grzania składającego się z 3 etapów

Układ grzewczy i obieg powietrza:

- Układ grzewczy: nagrzewnice elektryczne z grzałkami w płaszczach ze stali nierdzewnej
- Moc grzewcza: minimum 7 kW
- Obieg powietrza: wymuszony poziomy, zapewniający jednorodny rozkład temperatur
- Ściany boczne wyposażone w żaluzje regulacyjne
- Wentylacja komory: kominiek wentylacyjny otwierany ręcznie

Szuflady/ tacki:

- Szerokość: 200 mm
- Długość: 500 mm
- Wysokość: 80 mm
- Ściany wykonane ze stali nierdzewnej
- Dno z siatki nierdzewnej o szerokości oczek maksymalnie 2 mm

Układ zasilania i sterowania:

- Układ zasilająco-sterujący umieszczony w szafie w obudowie metalowej montowanej do boku suszarki
- Programowalny regulator temperatury PID
- Podwójny wyświetlacz LED prezentujący temperaturę mierzoną i zadaną

Konstrukcja i obudowa:

- Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej lub malowanej

Wymiary zewnętrzne suszarki:

- Szerokość: maksymalnie 1 650 mm
- Głębokość: maksymalnie 820 mm
- Wysokość: maksymalnie 2 150 mm

Inne wymagania:

- Gwarancja: minimum 12 miesięcy
- Instrukcja w języku polskim